

强制检定计量器具和依法 管理计量器具台账的填写 说明

厦门市计量检定测试院

表格种类

填写总
数量

● 附表1：强制检定计量器具台账（一）

● 附表2：依法管理计量器具台账（一）

逐台填
写

● 附表3：强制检定计量器具台账（二）

● 附表4：依法管理计量器具台账（二）

变更时
填写

● 附表5：计量器具变更台账

附录3：填表注意事项

根据“附录1：医疗机构强制检定计量器具强检形式及强检适用范围”中计量器具名称或仪器铭牌上名称

附表1：强制检定计量器具台账（一）

附表3：强制检定计量器具台账（二）



根据《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》及“附录2：医疗机构依法管理计量器具”相关计量器具名称

附表2：依法管理计量器具台账（一）

附表4：依法管理计量器具台账（二）



若单位的计量器具有变更，填写“附表5：计量器具变更台账”

每年的6月底上报

每年的12月底上报

备案及检定流程：

1

- 电子台账填写完毕发送政府部门（质监局计量处）

2

- 计量处根据医疗机构的台账，本着就地就近、经济合理的原则，指定有资质的法定计量技术机构实施检定任务。

3

- 医疗机构根据计量处布置的任务，实施计量器具的检定/校准。

因此，强制检定计量器具种类必须备案完整，厦门院无法检定的，计量处可指派省、国家级法定计量技术机构实施检定。

示例一

若血压计在半年内送检2次，那么需另起一行重新填写总数；相同月份送检的仪器检定日期按送检量较大的日期填写

附表1：强制检定计量器具台账（一）

单位全称：厦门大学附属第一医院

单位地址：*****

联系电话：*****

联系人：***

电子邮箱：**@**.com

序号	计量器具名称	型号规格	检定周期（月）	检定日期	台件数
1	台式血压计	-----	6	2014/1/4	30
2	血压表	-----	6	2014/1/4	30
	台式血压计	-----	6	2014/3/18	50
3	台式血压计	-----	6	2014/7/3	40
4	血压表	-----	6	2014/7/3	40
	台式血压计	-----	6	2014/9/17	50
5	电子血压计	-----	12	2014/1/4	20
6	氧气表	-----	6		
7	压力表	-----	6		
8	玻璃液体温度计	-----	12		
9	（玻璃）体温计	-----	-----	体温计上有CCV标志	100
10	浮标式氧气吸入器	-----	6		

示例二

计量器具名称按附录1中的仪器名称或仪器铭牌上的名称规范填写。

附表3：强制检定计量器具台账（二）

序号	使用科室	计量器具名称	型号规格	出厂编号	检定日期	备注
1	药厂仪器室	紫外分光光度计	UV-2550	A10844834772CS	2015/5/14	厦门院
2	动态心电图室	动态心电记录器	DMS300-4A	M6	2015/5/20	
3	心电图室	心电图机	PageWriterTrim II	US40819126	2014/8/26	
4	心电图室	心电图机	FX-7402	19035130	2014/8/27	
5	B超室	医用超声诊断仪超声源	LOGIQ C5	100691WX5	2014/8/27	
6	体检室	医用超声诊断仪超声源	Sequoia 512	66392	2014/8/27	
7	化验室	电子天平	XP26PC	1129082202	2014/12/12	
8	眼科	验光镜片箱	SL-232	HH01014	2015/3/20	
9	手术室	移动式C形臂X射线系统	BV Endura	002410	2015/1/28	
10	DSA导管室	医用诊断数字减影血管造影DSA系统X射线辐射源	AXIOM Artis	968310703(球管)	2015/1/28	
11	放射科	医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源	Light speed	289942CN5	2015/1/28	
12	化验室	血细胞分析仪	SK9000	265B258	2015/1/28	省院
13						

示例三

附表2：依法管理计量器具台账（一）

序号	计量器具名称	型号规格	检定周期（月）	检定日期	台件数
1	温湿度计	-----	12	2015/4/25	36
2	温湿度计	-----	12	2015/6/15	20
3	冰箱温度计	-----	12	2015/4/25	25
4	移液器	-----	12	2015/4/25	50
5	人体秤	-----	12	2015/4/25	20
6	秒表	-----	12	2015/4/25	10
7	电子计时器	-----	12	2015/4/25	20
8					
9					

不同
月份
送检
需另
起一
行

示例四

附表4：依法管理计量器具台账（二）

序号	使用科室	计量器具名称	型号规格	出厂编号	检定日期	备注
1	检验科	酶标仪	680	21508	2015/4/15	厦门院
2	药厂仪器室	电导率仪	DDS-12A	05E-012	2015/4/14	
3	药厂仪器室	自动旋光仪	WZZ-1S	100102	2015/4/14	
4	药厂仪器室	液相色谱仪	1260 infinity	DEAB813380 (pump)	2015/3/25	
5						
6						
7						
8						
9						

备注：依法管理的计量器具较多，可上网查阅《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》。

示例四

附表5：计量器具变更台账

序号	使用科室	计量器具名称	型号规格	出厂编号	变更情况	备注
1	----	台式血压计	----	----	报废	20台
2	----	台式血压计	----	----	新增	20台
3	心电图室	心电图机	PageWriterTrim II	US40819126	报废	
4	----	温湿度计	----	----	报废	10
5	B超室	医用超声诊断仪超声源	LOGIQ C5	100691WX5	报废	
6	B超室	医用超声诊断仪超声源	Prosound α7	20457406	转****社区 服务中心使用	
7	药厂仪器室	电导率仪	DDS-12A	05E-012	报废	
8						
9						



强检计量器具和依法管理计量器具变更台账合填在该附表。

联系方式:


咨询电话: 2117056

资料发送地址:

1、电子表格请于2015年7月25填写完毕。

2、计量器具、单位地址变更,需在每年的6月底前和12月底前上报附表5。

3、医疗机构使用的电子邮箱应为常用邮箱,若有变更,需及时上报新的邮箱。



501835005@qq.com

中华人民共和国依法管理的计量器具目录:

(一九八七年七月十日国家计量局发布)

1.长度计量器具

比长仪、干涉仪、稳频激光器、测长机、测长仪、工具显微镜、读数显微镜、光学计、测量用投影仪、三坐标测量仪、球径仪、球径仪样板、圆度仪、锥度测量仪、孔径测量仪、比较仪、测微仪、光学仪器检具、量块、尺、基线尺、线纹尺、光栅尺、光栅测量装置、磁尺、容栅尺、水准标尺、感应同步器、测绳、卡尺、千分尺、百分表、千分表、测微计、小孔内径表、平晶、刀口尺、棱尺、平尺、测量平板、木直尺检定器、千分尺检具、百分表检定器、千分表检定仪、测微仪检定器、多面棱体、度盘、测角仪、分度台、分度头、准直仪、角度块、角度规、直角尺、正弦尺、方箱、水平仪、象限仪、直角尺检定仪、水平仪检定器、塞规、卡规、环规、圆锥套规、塞尺、半径样板、螺纹量规、螺纹样板、三针、粗糙度样板、粗糙度测量显微镜、表面轮廓仪、齿轮渐开线检查仪、齿轮周节检查仪、齿轮基节检查仪、齿轮啮合检查仪、齿轮径向跳动检查仪、齿轮螺旋线检查仪、齿轮公法线检查仪、正规齿厚规、万能测齿仪、齿轮参数综合测量仪、齿轮渐开线样板、齿轮螺旋线样板、丝杠检查仪、经纬仪、水准仪、平板仪、测高仪、高度表、测距仪、测厚仪、刀具检查仪、轴承检查仪、面积计、皮革面积板。

2.热学计量器具

热电偶、热电阻、温度灯、温度计、高温计、辐射感温器、体温计、温度计检定装置、电子电位差计、电子平衡电桥、高温毫伏计、比率计、温度指示调节仪、温度变送器、温度自动控制仪、温度巡回检测仪、测温电桥、热量计、比热装置、热物性测定装置、热流计、热象仪。

3.力学计量器具

砝码、天平、秤、定量包装机、称重传感器、轨道衡、检衡车、台秤检定器、量器、量提、注射器、计量罐、计量罐车、加油机、售油器、容重器、密度计、酒精计、乳汁计、糖量计、盐量计、压力计、压力真空计、气压计、微压计、眼压计、血压计、压力表、压力真空表、微压表、压力变送器、压力传感器、压力表校验仪、血压计检定器、真空计、流量计、水表、煤气表、明渠流量测量仪、流速计、流量二次仪表、流量变送器、流量检定装置、标准体积管、水表检定装置、硬度块、压头、硬度计、测力机、测力计、扭矩机、扭矩计、拉力表、力传感器、冲击试验机、疲劳试验机、拉力试验机、压力试验机、弯曲试验机、万能材料试验机、抗折试验机、无损检测仪、杯突试验机、扭转试验机、高温蠕变试验机、木材试验机、强力计、应变仪、应变仪检定装置、引伸计、应变计参数测量装置、应变模拟仪、振动检定装置，振动台、冲击检定装置、冲击试验台、加速度计、测振仪、振动冲击测量仪、振动传感器、速度传感器、重力仪、转速表检定装置、速度表、测速仪、转速表、里程表、里程计价表、里程计价表检定装置。

4.电磁学计量器具

标准电池、标准电压源、标准电流源、标准电功率源、标准电阻、电阻箱、标准电容、测量用可变电容器、电容箱、标准电感、标准互感线圈、电感箱、电位差计、标准电池比较仪、电桥、电阻测量仪、欧姆表、毫欧计、兆欧表、高阻计、电表检定装置、电流表、毫安表、微安表、电压表、毫伏表、微伏表、电功率表、频率表、功率因数表、相位表、检流计、万用表、电度表、电度表检定装置、互感器校验仪、互感器校验仪检定装置、测量互感器、感应分压器、直流分压箱、分流计、磁性材料磁特性测量装置、标准磁性材料、标准磁带、磁通量具；磁通测量线圈、磁通计、磁强计。

5.无线电计量器具

高频电压标准、同轴热电转换器、微电位计、高频电压表、高频毫伏表、高频微伏表、低频电压标准源、低频电压表、高频电流表、校准接收机、标准信号发生器、调幅度仪、频偏仪、调制度仪、失真度仪检定装置、失真度仪、低失真信号发生器、音频分析仪、脉冲发生器、时标发生器、标准脉冲幅度发生器、脉冲电压表、高频阻抗分析仪、高频标准电阻、高频标准电感、高频标准电容、Q表、

高频Q值标准线圈、高频介质标准样片、高频电容损耗标准、高频零示电桥、谐振式阻抗仪、矢量阻抗表、矢量阻抗分析仪、高频电容损耗仪、高频介质损耗仪、高频微波功率座、高频微波功率计、高频微波功率指示器、高频微波功率计校准装置、衰减器校准装置、衰减器、相位标准、相位计、移相器、相位发生器、微波阻抗标准装置、微波阻抗标准负载、测量线、反射计、阻抗图示仪、网络分析仪、高频微波噪声发生器、高频微波噪声测量仪、标准场强发生器、高频近区标准场装置、微波标准天线、高频场强计、微波漏能仪、测量接收机、干扰测量仪、脉冲响应校准器、晶体管图示仪、晶体管图示仪校准装置、晶体管参数测试仪、电子管参数测试仪、频谱分析仪、波形分析仪、电视综合测试仪、电视参数测试仪、示波器、示波器校准仪、抖晃仪、雷达综合测试仪、心电图仪检定装置、脑电图仪检定装置、心脑电图仪、半导体材料工艺参数测量标准、半导体材料工艺参数测量仪、集成电路参数测量标准、集成电路参数测量仪。

6.时间频率计量器具

原子频率标准、石英晶体频率标准、频率合成器、频标比对器、相位噪声测量装置、比相仪、彩色电视副载频校频仪、频率计、频率表、频率计数器、时间间隔计数器、时间合成器、原子钟、标准石英钟、精密钟检定仪、精密钟、航海钟、校表仪、时钟检定仪、秒表检定仪、秒表、电子毫秒表、电子计时器。

7.声学计量器具

测量用传声器、标准传声器、声级校准器、声级计、杂音计、声学标准噪声源、倍频程与1/3倍频程滤波器、仿真耳、水听器、听力计、耳机测量标准耦合腔、助听器测量仪、超声功率计、医用超声源。

8.光学计量器具

光学标准灯、微弱光标准、积分球、脉冲光测量仪、光探测器、照度计、亮度计、色温计、标准黑体、标准色板、色差计、白度计、测色光谱光度计、标准滤色片、感光度标准、感光仪、光密度计、激光能量计、激光功率计、医用激光源、标准鉴别率板、折射计、焦距仪、光学传递函数仪、屈光度计、验光镜片、验光机、光泽度计。

9. 电离辐射计量器具

标准辐射源、活度标准装置、活度计、 $4\pi\gamma$ 电离室、医用活度测量装置、 γ 谱仪、X谱仪、电离辐射计数器、比释动能测量仪、剂量标准装置、剂量计、剂量率标准装置、剂量率测量仪、剂量当量仪、中子雷姆计、剂量当量率仪、照射量标准装置、照射量计、医用辐射源、照射量率标准装置、注量标准装置、注量测量仪、注量率标准装置、注量率测量仪、活化探测器、电子束能量测量仪、电离辐射防护仪。

10. 物理化学计量器具

电导仪、酸度计、离子计、电位滴定仪、库仑计、极谱仪、伏安分析仪、比色计、分光光度计、光度计、光谱仪、旋光仪、折射率仪、浊度计、色谱仪、电泳仪、烟尘粉尘测量仪、粒度测量仪、水质监测仪、测氦仪、气体分析仪、瓦斯计、测汞仪、测爆仪、呼出气体酒精含量探测器、熔点测定仪、水分测定仪、湿度计、标准湿度发生器、露点仪、粘度计、测量用电子显微镜、X光衍射仪、能谱仪、电子探针、离子探针、质谱仪、波谱仪、血球计数器、验血板。